

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y REACCIONES ADVERSAS GRAVES DE BIOVIGILANCIA EN TRASPLANTE EN CATALUNYA DURANTE 2025

Autores: Erika Esteve, Aurora Navarro, David Paredes, Elisabeth Navas, Aroa Gómez, Gabriel Moreno, Belén Garcés, Natzalet Puigagut, Lydia Padró, Marga Sanromà, Jaume Tort

Objetivos

Describir las características de los casos de biovigilancia en trasplante de órganos y tejidos registrados en 2025 en Cataluña

Material y métodos

Estudio descriptivo de los casos de biovigilancia registrados durante 2025 en Cataluña. Se incluyeron aquellos casos en los que el donante y/o alguno de los receptores estaban vinculados al ámbito territorial. Los casos se clasificaron como EAG o RAG, analizándose la clasificación NOTIFY y la imputabilidad.

Resultados

Se registraron 39 casos: 26 EAG (67%) y 13 RAG (33%). Entre las RAG 9/13 (69%) correspondieron a transmisión (5 infecciones y 4 neoplasias), mientras que 4/13 (31%) se relacionaron con desviaciones de proceso. La imputabilidad en las RAG fue confirmada en 5 casos, probable en 4 y posible en 4, sin casos improbables o descartados. Entre los EAG, predominaron las situaciones de potencial transmisión (19/26; 73%), seguidas de desviaciones de proceso (5/26; 19%) y transmisiones de neoplasias (2/26; 8%).

Conclusiones

Las RAG se asocian mayoritariamente a transmisión, mientras que en los EAG predominan situaciones de riesgo sin impacto clínico. La biovigilancia permite la detección precoz de estos eventos y contribuye a la seguridad del trasplante.